



計測カテゴリⅡ、Ⅲ、Ⅳに該当する回路の測定には使用しないでください。 30Vrmsまたは60VDCを超える電圧が印加された対象の測定には使用しないでください 製造者が指定しない方法で機器を使用すると、機器が備える保護を損なう場合があります。